STANDARDIZZAZIONE DI HCl CIRCA 0,1 M

	DATI SPERIMENTALI			CALCOLI		
	massa Na_2CO_3 pesata (impura)	massa pura 99,5	volume HCl al punto finale	moli Na_2CO_3 105,99	moli HCl	Molarità accurata HCl
	g	g	mL	mol	mol	mol/L
Titolazione 1	0,2005	0,199	38,5	0,00188	0,00376	**0,0978**
Titolazione 2	0,2102	0,209	38,8	0,00197	0,00395	**0,1017**
Titolazione 3	0,2275	0,226	41,0	0,00214	0,00427	**0,1042**
Titolazione 4	0,1995	0,199	38,0	0,00187	0,00375	**0,0986**
					media	**0,1006**
					deviazione standard	**0,0030**
					t di Student	**3,182**
					intervallo fiduciale	**0,0047**
					limite fiduciale inferiore	**0,0959**
					limite fiduciale superiore	**0,1053**